

Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections



Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête

Nom de la facilité: Fisher Dental
Adresse: 1896 Promenade Prince of Wales
Ottawa, ON
K2C 3W9

Type d'établissement

Clinique dentaire

Date à laquelle le conseil de santé a été informé du manquement possible

2024-11-22

Date de publication du rapport préliminaire

2024-12-06

Date de mise à jour du rapport préliminaire

S.O.

De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?

En réponse à une plainte sur la prévention et le contrôle des infections (PCI), Santé publique Ottawa (SPO) a inspecté l'établissement et a constaté un manquement.

Brève description du manquement

- Le retraitement du matériel médical réutilisable n'est pas conforme aux pratiques exemplaires de PCI.
- Le personnel responsable du retraitement n'est pas suffisamment formé.
- Suivi et documentation inadéquats

Enquête sur le manquement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?

Oui

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

Oui, L'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario et Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario ont été informé de l'enquête.

Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Oui

Veuillez fournir plus de détails

L'établissement collabore avec SPO pour s'assurer que l'espace réservé au retraitement du matériel médical et les processus de retraitement sont conformes aux pratiques exemplaires.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)

S.O.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

Commentaires supplémentaires

S.O.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Titre : Michelle Wasser, gestionnaire de programme

Prévention et contrôle des infections – Inspections et enquêtes

Santé publique Ottawa

Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca

Numéro de téléphone : 613-580-2424, poste 26325

Pour vous tenir au courant de l'enquête, consultez régulièrement le présent rapport.

Les résultats des inspections de routine sont publiés sur le [site Web de divulgation de Santé publique Ottawa](#).

Rapport final

Date de publication du rapport final

2025-03-13

Date de mise à jour du rapport final

2025-03-13

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises

2025-03-12

Brève description des mesures correctives prises

Le 03/03/2025, Santé publique Ottawa a confirmé que la clinique avait pris les mesures suivantes pour remédier aux manquements en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) :

- Politique et procédures écrites de retraitement conformes aux pratiques exemplaires de PCI;
- Zone de retraitement centralisée désignée, avec déplacements unidirectionnels pour éviter toute contamination;
- Sensibilisation et formation du personnel sur le retraitement;
- Documentation et vérification du processus de stérilisation;
- Matériel de retraitement offert en quantité suffisante.

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées

Commentaires supplémentaires

S.O.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Title: Michelle Wasser, Program Manager

Infection Prevention and Control Inspections and Investigations

Ottawa Public Health

E-mail address: IPAC/PCI@ottawa.ca ,

Phone number: 613-580-2424 ext. 26325