

Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections

Fairwinds Dental

Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête

Nom de la facilité: Fairwinds Dental
Adresse: 5685 Hazeldean Road, Suite 6
Stittsville, ON
K2S 0P6

Type d'établissement

Clinique dentaire

Date à laquelle le conseil de santé a été informé du manquement possible

2025-02-07

Date de publication du rapport préliminaire

2025-02-18

Date de mise à jour du rapport préliminaire

S.O.

De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?

En réponse à une plainte sur la prévention et le contrôle des infections (PCI), Santé publique Ottawa (SPO) a inspecté l'établissement et a constaté un manquement.

Brève description du manquement

- Le retraitement du matériel médical réutilisable n'est pas conforme aux pratiques exemplaires de PCI.
- Suivi et documentation inadéquats

Enquête sur le manquement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?

Oui

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

Oui, L'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario et Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario ont été informé de l'enquête.

Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Oui

Veillez fournir plus de détails

Le 10 février 2025, SPO a ordonné à la clinique de stériliser tout l'équipement dentaire réutilisable de façon conforme aux pratiques exemplaires de PCI avant la réutilisation.

L'établissement collabore avec SPO pour s'assurer que l'espace réservé au retraitement du matériel médical et les processus de retraitement sont conformes aux pratiques exemplaires.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)

S.O.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

Commentaires supplémentaires

S.O.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Titre : Michelle Wasser, gestionnaire de programme

Prévention et contrôle des infections – Inspections et enquêtes

Santé publique Ottawa

Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca

Numéro de téléphone : 613-580-2424, poste 26325

Pour vous tenir au courant de l'enquête, consultez régulièrement le présent rapport.

Les résultats des inspections de routine sont publiés sur le [site Web de divulgation de Santé publique Ottawa](#).

Rapport final

Date de publication du rapport final

2025-03-18

Date de mise à jour du rapport final

2025-03-18

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises

2025-03-10

Brève description des mesures correctives prises

Le 2025-03-10, Santé publique Ottawa a confirmé que la clinique avait pris les mesures suivantes pour remédier aux manquements en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) :

- Zone de retraitement centralisée désignée, avec déplacements unidirectionnels pour éviter toute contamination;
- Sensibilisation et formation du personnel sur le retraitement;
- Documentation et vérification du processus de stérilisation;
- Matériel de retraitement offert en quantité suffisante.

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées

Commentaires supplémentaires

S.O.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Titre : Michelle Wasser, gestionnaire de programme

Prévention et contrôle des infections – Inspections et enquêtes

Santé publique Ottawa

Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca

Téléphone : 613-580-2424, poste 26325